

Extrato de Termo de Homologação - PE 17/2020

Processo nº 12.264/2020.

Partes: Secretaria Municipal De Saúde, neste ato representado pelo Rogério dos Santos Leite, e as empresas Betaniamed Comercial EIRELI-EPP CNPJ: 09.560.267/0001-08, STS Comércio Varejista LTDA-EPP - CNPJ: 12.706.257/0001-42.

Objeto: aquisição materiais permanentes - equipamentos odontológicos (autoclave, cadeira odontológica e seladora de mesa) para atender a Saúde Bucal do Município de Corumbá-MS.

Valores Registrados:	Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5568			BETANIAMED COMERCIAL EIRELI-EPP CNPJ: 09.560.267/0001-08 RUA ANTONIO GRAVATÁ, 132 - BETÂNIA, BELO HORIZONTE - MG, CEP: 3057004				
	1	052.014.080	AUTOCLAVE 21 LITROS AUTOCLAVE 21 LITROS - , HORIZONTAL, PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO DE ÁGUA SOB PRESSÃO; GABINETE EM AÇO, MEDINDO 605MM DE PROFUNDIDADE, 375MM DE LARGURA, E 360MM DE ALTURA; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO ISOLADA COM MANTA DE LÃ DE VIDRO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 229MM DE DIÂMETRO E 524MM DE PROFUNDIDADE, CORRESPONDENDO A 21 LITROS, SUPORTE COM TRÊS BANDEJAS EM ALUMÍNIO, PERFURADAS, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO ACOPLADA EXTERNAMENTE A CÂMARA; PORTA DA CÂMARA EM AÇO, SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA COM GUARNIÇÃO DE SILICONE DE ALTA PERFORMANCE; TRAVAMENTO DA PORTA COM ALAVANCA LOCALIZADA NO CORPO DA PORTA; ABASTECIMENTO MANUAL DA CÂMARA COM ÁGUA DESTILADA; VÁLVULA COM ABERTURA AUTOMÁTICA CONTRA SOBRE PRESSÃO E SENSOR DE SOBRE AQUECIMENTO; PAINEL DE COMANDO INDICA SE A PORTA ESTÁ ABERTA OU FECHADA, SE A RESISTÊNCIA ESTÁ LIGADA OU DESLIGADA; TECLASTART PARA INÍCIO DO CICLO; CHAVE LIGA/DESLIGA; TERMOMANÔMETRO INDICA A PRESSÃO/TEMPERATURA DENTRO DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; AUTOCLAVAGEM PADRÃO PRÉ-PROGRAMADA APÓS ATINGIR A PRESSÃO E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO COM CICLO DE 10 MINUTOS, VAPOR SATURADO DE ÁGUA A 134°C DE TEMPERATURA E PRESSÃO DE TRABALHO 2,5KGF/CM2 ; AO FINAL DO CICLO OCORRE A EXAUSTÃO AUTOMÁTICA, TODO O VAPOR INTERNO DA AUTOCLAVE É DRENADO PARA O GALÃO DE DESCARTE DA EXAUSTÃO; COM A PORTA ENTREABERTA INICIA A SECAGEM COM UM CICLO DE ATÉ 30 MINUTOS; ACOMPANHAM GALÃO DE DESCARTE COM MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA E COPO DOSADOR DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO; VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 220V ou 110V.	UNID.	5	2.300,00	11.500,00

Marca: DENTEMED AUTOPRIME 21 - 110V OU 220V

Total do Proponente 11.500,00

STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA-EPP

CNPJ: 12.706.257/0001-42

Item	6265 Código	RUA DELAMARE, 925 - CENTRO, CORUMBA - MS, CEP: 79301-120	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------------	---	---------	------------	-------------------	----------------

Telefone: 3231-1853

Descrição do Produto/Serviço

SELADORA DE MESA - PARA PAPEL GRÁU
CIRÚRGICO COM GUILHOTINA, SELAGEM COM NO
MÍNIMO 10MM DE ESPESSURA E ATÉ 30CM DE
COMPRIMENTO DE SOLDA; SISTEMA ELÉTRICO
BIVOLT 110/220V; TEMPERATURA DE SOLDA DE
160°C A 200°C.; FREQUÊNCIA 50/60HZ DE
POTÊNCIA; LÂMINA DA GUILHOTINA, BISTURI Nº
12.

3	052.066.553	SELADORA DE MESA - PARA PAPEL GRÁU CIRÚRGICO COM GUILHOTINA, SELAGEM COM NO MÍNIMO 10MM DE ESPESSURA E ATÉ 30CM DE COMPRIMENTO DE SOLDA; SISTEMA ELÉTRICO BIVOLT 110/220V; TEMPERATURA DE SOLDA DE 160°C A 200°C.; FREQUÊNCIA 50/60HZ DE POTÊNCIA; LÂMINA DA GUILHOTINA, BISTURI Nº 12.	UNID.	5	560,00	2.800,00
---	-------------	--	-------	---	--------	----------

Marca: Biomeck Top Seal

Total do Proponente 2.800,00

Data da Assinatura: 28/09/2020.

Amparo Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Assina: Sr. Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde.

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 48b8e12a

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>